

ATA DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2024

O Pregoeiro da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FAEPE, fundação de apoio da Universidade Federal de Lavras, no uso de suas atribuições, considerando o processo de Seleção Pública nº 001/2024, venha por meio deste informar que o recurso apresentado pela empresa **BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA – CNPJ 48.706.431/0001-02; foi indeferido, conforme decisão em anexo do coordenador do projeto.**

Informamos que a contar desta data serão confeccionados os empenhos para as respectivas empresas vencedoras dos itens conforme **ATA DE RESULTADO** do dia **30/08/2024**, uma vez que não houve alteração das empresas classificadas e habilitadas.

A divulgação será publicada e enviada a todas as empresas acima elencadas no e-mail informado no ato de cadastramento das propostas e habilitação e também no site da fundação.

Sem mais para o momento,

Lavras 13/09/2024

Documento assinado digitalmente
 **MATHEUS VITOR MENDES**
Data: 13/09/2024 15:40:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Vitor Mendes
Pregoeiro/FAEPE

Decisão de Recurso Administrativo

Após análise do recurso apresentado pela **empresa BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA – CNPJ 48.706.431/0001-02**, para os itens 01,05,06 e 20 segue decisão:

Item 01 Incubadora BOD com controle de umidade 342 litros

O item ofertado modelo LUCA 161/01 não possui controle de umidade, foi feito a consulta no site do fabricante empresa LUCADEMA e o mesmo não possui o controle de umidade conforme solicitado, desta forma não atende as especificações do edital.

Item 05 Incubadora com agitação orbital e aquecimento

O Item ofertado modelo LUCA 222 não apresenta o diâmetro de 28mm, foi feita a consulta no site da fabricante empresa LUCADEMA e o mesmo possui sistema de agitação através de movimento orbital por mancais e eixo excêntrico com diâmetro de **24mm ou 10mm (a definir)**; sendo assim, não atende o solicitado.

Item 06 Autoclave 75 litros com pedal

O item ofertado não apresenta tampa de bronze fundido e como nenhuma empresa apresentou o equipamento conforme solicitado, não iremos adquirir.

Item 20 Estufa de esterilização e secagem

O item ofertado modelo LUCA 80/11 foi feito a consulta no site da fabricante empresa LUCADEMA e o mesmo não atende as especificações pois não apresenta o sensor de temperatura tipo J conforme solicitação.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
JOAQUIM PAULO DA SILVA
Data: 13/09/2024 14:41:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Joaquim Paulo da Silva

Coordenador do Projeto

Equipamentos

[Voltar](#)


Equipamentos > B.O.D. / Câmara de Germinação

INCUBADORA BOD REFRIGERADA - MODELO LUCA-161/01

- Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi;
- Câmara interna em termoplástico moldado;
- Isolação em poliuretano expandido de alta densidade;
- Capacidade para até 4 prateleiras;
- Pannel de controle na parte superior com adesivo em policarbonato texturizado à prova d'água, de fácil operação e visualização, com controlador de temperatura, chave geral liga/desliga com LEDs indicativos;
- Circulação de ar forçada por ventilação interna;
- Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox;
- Sistema de refrigeração através de compressor hermético 1/8 HP, com gás R-134 livre do CFC;
- Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0°C;
- Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox;
- Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema PID;
- Faixa de trabalho de -10°C até 60°C;
- Precisão de controle: $\pm 0,1^\circ\text{C}$;
- Reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural;
- Sistema de segurança através de termostato contra superaquecimento acima de 60°C;
- Capacidade: 342 Litros;
- Potência: 300W;
- Alimentação: 220V;
- Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136;
- Acompanha: 2 prateleiras, 2 bandejas plásticas na porta, 1 gavetão plástico no compartimento inferior, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação;
- Opcionais disponíveis sob consulta: suportes internos e/ou prateleiras sobressalentes, certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, desligamento automático com ou sem alarme sonoro em caso de superaquecimento, etc.

OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

[> Adicionar ao Orçamento](#)
[≡ Ver itens do Orçamento](#)

Unidades

São José do Rio Preto/SP


lucadema@lucadema.com.br


Assine nossa newsletter e receba novidades em seu e-mail

Nome

E-mail

OK

Equipamentos

[Voltar](#)


Equipamentos > Incubadora Shaker

INCUBADORA SHAKER DE BANCADA COM AQUECIMENTO E AGITAÇÃO ORBITAL - MODELO LUCA-222

- Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Câmara interna em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Porta em acrílico transparente com abertura tipo basculante;
- Pés de borracha tipo sino;
- Vedação em borracha alto colante;
- Plataforma de agitação em alumínio com 6mm de espessura e furação universal com capacidade para 50 Erlenmeyers de 50mL, ou 25 Erlenmeyers de 125mL, ou 25 Erlenmeyers de 250mL, ou 16 Erlenmeyers de 500mL, ou 9 Erlenmeyers de 1000mL ou 4 Erlenmeyers de 2000mL (outras sob consulta);
- Circulação de ar forçada por micro ventiladores;
- Motor de indução trifásica 1/4 HP;
- Sistema de agitação através de movimento orbital por mancais e eixo excêntrico com diâmetro de 24mm ou 10mm (a definir);
- Transmissão através de correias e polias;
- Controle de rotação com inversor de frequência;
- Controle de rotação de 20 a 300 RPM com resolução de 1RPM;
- Aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304;
- Sensor de temperatura PT-100;
- Controlador de temperatura microprocessado digital PID;
- Faixa de trabalho de 5°C acima do ambiente a 60°C;
- Variação: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$;
- Resolução: $0,1^{\circ}\text{C}$;
- Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico;
- Capacidade: 125L;
- Dimensões da plataforma: L = 420 x P = 420 mm;
- Dimensões internas aproximadas: L = 500 x P = 500 x A = 500 mm;
- Dimensões externas aproximadas: L = 500 x P = 580 x A = 750 mm;
- Potência: 1200W;
- Alimentação: 220 Volts;
- Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136;
- Acompanha: 1 conjunto com 25 garras para Erlenmeyers de 250mL (padrão - outros sob consulta) e manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação;
- Opcionais (não inclusos): certificado de calibração RBC do controlador, sistema de rampas e patamares, temporizador programável de 1 a 9999 minutos, sono alarme programável e/ou desligamento automático do sistema em caso de superaquecimento, plataforma de agitação em aço inoxidável, conjunto de garras para Erlenmeyers de diferentes tamanhos;

OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

[> Adicionar ao Orçamento](#)
[≡ Ver itens do Orçamento](#)


IMPRIMIR PRODUTO

Unidades



Assine nossa newsletter e receba novidades em seu e-mail

São José do Rio Preto/SP

lucadema@lucadema.com.br



Nome

E-mail

OK

Equipamentos

[Voltar](#)

Equipamentos > Estufa de Esterilização e Secagem

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 11L - MODELO LUCA-80/11



- Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva;
- Câmara interna em aço inoxidável;
- Porta externamente em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva e internamente em aço inoxidável;
- 1 Trilho internos para movimentar a bandeja;
- Pés de borracha niveladores;
- Isolação térmica em lã de vidro em todas as paredes, inclusive na porta;
- Vedação da porta em perfil de silicone;
- Circulação de ar por convecção natural;
- Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro;
- Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inoxidável;
- Sensor de temperatura PT-100 encapsulado em aço inox com sensibilidade de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$;
- Controlador de temperatura microprocessado digital PID com leitura digital do processo e set-point;
- Display a LED: Vermelho com 10mm de altura;
- Faixa de temperatura de 5°C acima do ambiente a 200°C ;
- Exatidão da leitura: $\pm 0,3\%$ fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C ;
- Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico;
- Capacidade: 11 Litros;
- Potência: 550 Watts;
- Alimentação: 220 Volts;
- Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136;
- Acompanha: 1 bandeja em aço inoxidável perfurada para circulação de ar, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
- Opcionais disponíveis sob consulta: temperaturas superiores a 200°C , certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, bandejas sobressalentes, timer programável de 1 até 9.999 minutos com desligamento automático ao final do tempo programado, alarme sonoro, etc.

OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

[> Adicionar ao Orçamento](#)
[≡ Ver itens do Orçamento](#)
 IMPRIMIR PRODUTO

Unidades

São José do Rio Preto/SP


lucadema@lucadema.com.br


Assine nossa newsletter e receba novidades em seu e-mail

Nome

E-mail

OK

